



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**DE.C.31.001.A № 56295**

**Срок действия до 05 августа 2019 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 7510**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма "Dräger Safety AG & CO. KGaA", Германия**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **58033-14**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**МП-242-1198-2014**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 августа 2014 г. № 1238**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



15 ..... 2014 г.

Серия СИ

№ **016198**